
Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР КРУЖКИ МЕРНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 и 0,25 л Внесены в Государственный реестр под № 172—70

Взамен 172

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кружки мерные стеклянные (см. рисунок) служат мерой при отпуске пива, кваса и других напитков.



ОПИСАНИЕ

Кружка представляет собой высокий граненый стакан, суженный в нижней части и снабженный ручкой. Указателем вместимости служит отчетливо отлитая черта на верхней части боковой поверхности кружки, параллельно ее краю.

Утвержден Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 3/VIII 1970 г. Выпуск разрешен до 1/VII 1975 г.

OCHOBHUE TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Кружки мерные изготовляются методом прессования вместимостью 0.5 и 0.25 λ .

Допускаемые отклонения от номинальной вместимости: для кружек вместимостью $0.5 \ n \pm 10 \ m.n$; для кружек вместимостью $0.25 \ n \pm 5 \ m.n$.

ПОВЕРКА

Поверка кружек мерных стеклянных проводится в соответствии с требованиями инструкции 32—53 «По поверке мерных кружек, металлических конических мер вместимости и мензурок для отпуска напитков».

Испытания проводила Владимирская лаборатория государственного надзора за внедрением и соблюдением стандартов и состоянием измерительной техники.

Изготовитель — Министерство промстройматериалов РСФСР.