

Форма описания типа средств измерений

СОГЛАСОВАНО



Директор

Центрального ЦСМС

М. И. Карабанов

ОН 20036

Цилиндры с носиком и	Внесены в Государственный реестр средств измерений
пластмассовым основании-	Регистрационный № 4570-90
ем, исполнение 3	
	Взамен №

по ГОСТ 1770

Выпускается

Назначение и область применения

Цилиндры предназначены для измерения объема жидкостей.

Цилиндры изготавливаются для нужд народного хозяйства.

Описание

Цилиндры изготавливаются из химико-лабораторного стекла группы ХС 3

по ГОСТ 21400. Номинальная вместимость цилиндров, мл: 25, 50, 100, 250.

Класс цилиндров — 2. Вымеряют цилиндры на наливной об'ем.

Знак утверждения типа

Знак наносится на цилиндры методом клишевания и на эксплуатационную документацию типографским способом.

Комплектность

В комплект поставки цилиндров входят: цилиндр с пластмассовым основанием.

Поверка

Цилиндры поверяют по методическим указаниям РД 92-7179-93 "Поверка лабораторной мерной посуды и приборов" пипеткой образцовой 1-го разряда ТУ 25-11 (06.13) - 79.

Подлежат первичной поверке при выпуске из производства.

Нормативные документы


ГОСТ 1770, ИСО 1042-83

Заключение

Тип (цилиндры с носиком и пластмассовым основанием 2-го класса) утверждены технические и метрологические характеристики приведенные в настоящем описании типа, включенные в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечены при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: ЗАО "Еврогласс" Россия 216740, Смоленская обл., Руднянский р-он, п. Розинки, ул. Витебская, 1

Генеральный директор  
ЗАО "Еврогласс"



В. И. Петухов