



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

FR.C.29.010.A № 52269

Срок действия до 10 сентября 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Уровнемеры OPTIFLEX

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "KRONNE S.A.S.", Франция

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **54834-13**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ Р 8.660-2009

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **4 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **10 сентября 2013 г. № 1086**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2013 г.

Серия СИ

№ 011650

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Уровнемеры OPTIFLEX

Назначение средства измерений

Уровнемеры OPTIFLEX предназначены для контактного измерения уровня раздела фаз жидкостей, паст, шламов, пульп и различных сыпучих материалов.

Описание средства измерений

Принцип работы уровнемеров OPTIFLEX основан на методе импульсной рефлектометрии (TDR, Time-Domain Reflectometer): по волноводу посылают зондирующий импульс и измеряют интервал времени двойного пробега этого импульса до места неоднородности волнового сопротивления (границы раздела веществ с разной диэлектрической проницаемостью). Уровень продукта определяется как разность значения высоты установки уровнемера и измеренной дистанции.

Уровнемеры OPTIFLEX состоят из следующих функциональных блоков:

- приёмно-передающего устройства с волноводом, формирующего, излучающего и принимающего радиочастотные импульсы;
- измерительного преобразователя (конвертора), выполняющего измерение интервала времени и по измеренному значению дистанции до поверхности и значению базовой высоты резервуара вычисляющего уровень и объём среды (при наличии градуировочной таблицы);
- встроенного индикатора (при наличии), отображающего измеренные величины.

Измеренные данные передаются в систему верхнего уровня по токовому сигналу $4 \div 20$ мА + HART или по протоколам связи Modbus, Profibus PA/DP, Foundation Fieldbus.

Уровнемеры OPTIFLEX имеют следующие исполнения:

- а) 1100 С – применяется для измерения дистанции и уровня жидкостей (сжиженных газов), паст, суспензий, порошков и гранул. В качестве волновода применяются:
 - одинарный трос Ду 2 мм длиной до 20 м (для жидких продуктов);
 - коаксиальный сенсор (для чистых жидкостей с вязкостью до 500 мПа·с);
 - одинарный трос Ду 4 мм длиной до 20 м (для сыпучих продуктов).
- б) 1300 С/Ф – С – компактное, Ф – разнесённое исполнение; применяется для измерения дистанции, уровня, границы раздела фаз жидкостей (сжиженных газов), паст, шламов, пульп и различных сыпучих материалов. В качестве волновода применяются:
 - двойной или одинарный стержень Ду 8 мм длиной до 4 м (неразборный);
 - одинарный стержень Ду 8 мм длиной до 6 м (разборный);
 - коаксиальный сенсор Ду 22 мм длиной до 6 м (разборный/неразборный);
 - сдвоенный трос Ду 4 мм длиной до 40 м;
 - одинарный трос Ду 2 мм или 4 мм длиной до 40 м (только для жидкостей);
 - одинарный трос Ду 4 мм длиной 20 м (только для сыпучих продуктов);
 - одинарный трос Ду 8 мм длиной до 35 м (только для сыпучих продуктов);
 - изогнутые версии сенсоров (например, г-образные) заказываются по специальному заказу для применения в емкостях, в которых отсутствует возможность установить сенсор сверху емкости.
- в) 2200 С/Ф – С – компактное, Ф – разнесённое исполнение; применяется для измерения дистанции, уровня, границы раздела фаз жидкостей (сжиженных газов), паст, шламов, пульп и различных сыпучих материалов. В качестве волновода применяются:
 - двойной или одинарный стержень Ду 8 мм длиной до 4 м (неразборный);
 - одинарный стержень Ду 8 мм длиной до 6 м (разборный);
 - коаксиальный сенсор Ду 22 мм длиной до 6 м (разборный/неразборный);

- коаксиальный сенсор Ду 22 мм длиной до 6 м (разборный/неразборный);
 - сдвоенный трос Ду 4 мм длиной до 40 м;
 - одинарный трос Ду 2 мм или 4 мм длиной до 40 м (только для жидкостей);
 - одинарный трос Ду 4 мм длиной 20 м (только для сыпучих продуктов).
- г) 4300 C/F Marine – применяется для измерения дистанции, уровня, границы раздела фаз жидкостей (сжиженных газов), паст, шламов, пульпы и различных сыпучих материалов в речных и морских судах и в особо агрессивных условиях окружающей среды. В качестве волновода применяются:
- двойной или одинарный стержень Ду 8 мм длиной до 4 м (неразборный);
 - одинарный стержень Ду 8 мм длиной до 6 м (разборный);
 - коаксиальный сенсор Ду 22 мм длиной до 6 м (разборный/неразборный);
 - сдвоенный трос Ду 4 мм длиной до 20 м;
 - одинарный трос Ду 2 мм или 4 мм длиной до 20 м (только для жидкостей);
 - одинарный трос Ду 4 мм длиной 20 м (только для сыпучих продуктов).



а) 1100 C

б) 1300 C

в) 2200 C

г) 4300 C Marine

Рисунок 1 – Общий вид уровнемеров ОПТИФЛЕХ компактного исполнения.



д) 1300 F/4300 F Marine

е) 2200 F

Рисунок 2 – Общий вид уровнемеров ОПТИФЛЕХ раздельного исполнения.

Программное обеспечение

Внутреннее ПО реализует функции расчёта расстояния до поверхности среды, уровня, объёма, цифро-аналоговое преобразование измеренных величин в токовое значение на выходе, а также вывод данных на индикатор и через цифровые интерфейсы. На настроечные параметры есть возможность установки пароля.

Уровень защиты ПО уровнемеров ОПТИФЛЕХ от непреднамеренных и преднамеренных изменений «С» по МИ 3286-2010.

Т а б л и ц а 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Внутреннее ПО 1100	VF254/SF259	1.XX.XX	0xC276	CRC16
Внутреннее ПО 1300	VF714/SF719	2.X.X.XX	0x1146	CRC16
Внутреннее ПО 2200	VF204/SF209	1.XX.XX	0xD2AC	CRC16
Внутреннее ПО 4300	VF844/SF849	2.X.X.XX	0x1961	CRC16

Метрологические и технические характеристики

Т а б л и ц а 2 – Метрологические и технические характеристики

Наименование параметра	1100 С	2200 С/Ф	1300 С/Ф	4300 С/Ф Marine
Диапазон ¹⁾ измерений уровня, мм	100...20000	10...40000	10...40000	10...20000
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня до 10 м, мм	±10	±10 (±3) ²⁾	±3	±3
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений уровня свыше 10 м, %	±0,1	±0,1 (±0,03) ²⁾	±0,03	±0,03
Разрешающая способность, мм	1	1	1	1
Воспроизводимость, мм	±2	±1	±1	±1
Температура окружающей среды, °С	от минус 40 до плюс 80			
Давление измеряемой среды, МПа	от минус 0,1 до плюс 1,6	от минус 0,1 до плюс 4,0	от минус 0,1 до плюс 30,0	от минус 0,1 до плюс 4,0
Температура на фланце прибора, °С	от минус 50 до плюс 100	от минус 50 до плюс 300	от минус 50 до плюс 300	от минус 40 до плюс 200
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В	24			
Аналоговый выход, мА	4 ÷ 20 + HART			
Габаритные размеры конвертора, мм	104×104× ×186	258×126,5× ×332	180×182× ×357	180×182× ×357
Масса конвертора, кг, не более	3,3	4,8	15,0	15,0
П р и м е ч а н и я				
1. в зависимости от используемого волновода				
2. при специальной калибровке				

Знак утверждения типа

наносят на корпус уровнемеров OPTIFLEX методом наклейки и титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Т а б л и ц а 3 – Комплектность средства измерений

Наименование	Количество
Уровнемер OPTIFLEX	1

Продолжение таблицы

Руководство по эксплуатации	1
Комплект ЗИП	По заказу

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в руководстве по эксплуатации уровнемеров OPTIFLEX.

Поверка

осуществляется по документу ГОСТ Р 8.660-2009 «ГСИ. Уровнемеры промышленного применения. Методика поверки».

При поверке применяются следующие средства измерений:

- установка для поверки уровнемеров, ПГ ±1 мм;
- рулетка измерительная металлическая Р50Н2К ГОСТ 7502-98.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к уровнемерам OPTIFLEX

1. ГОСТ 8.477-82 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений уровня жидкости».
2. ГОСТ 8.660-2009 «ГСИ. Уровнемеры промышленного применения. Методика поверки».
3. Техническая документация «KROHNE S.A.S.», Франция.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- осуществление торговли и товарообменных операций, производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;
- выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Фирма «KROHNE S.A.S.», Франция
2 Allée des Ors, BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE Cedex, France
тел.: +33 04 75 054400, факс: +33 04 75 050048
Email: info.france@krohne.com
Web: <http://fr.krohne.com>

Заявитель

ООО «КРОНЕ Инжиниринг», РФ
Адрес: 443532, Самарская обл., Волжский р-н,
пос. Стромилово
Тел.: +7 (846) 230 03 70,
факс: +7 (846) 230 03 11
Web: <http://krohne.ru>

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва»

Регистрационный номер в Государственном реестре 30010-10 от 15.03.2010 г.

Адрес: 117418 Москва, Нахимовский пр., 31

тел.: +7 (495) 544 00 00

Email: info@rostest.ru,

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф. В. Булыгин

«__» _____ 2013 г.

М.п.